

PROPIETARIO:A.C.E .
 NOMBRE ANIMAL:MADA
 NÚMERO DE MUESTRA:11086690
 FECHA RECEPCIÓN:11/08/2018
 FECHA EMISIÓN:13/08/2018

REFUGIO LA CALA DE MIJAS (2929) A.C.E
 C/ DESMINADA DE LAS ROSAS, 59
 29649
 LA CALA DE MIJAS

Resultado

Valores de referencia

SEROLOGIA CANINA

RATIO LEISHMANIA

* **1.76** .

<= 0.55

ELISA

Técnica diagnóstica recomendada por la OIE.

Ac anti-LEISHMANIA

1/640 .

Equivalencia en IFI

Recomendamos hacer la interpretación de la serología cuantitativa de Leishmania a partir de unidades ELISA, si bien ambas técnicas (ELISA e IFI) están recogidas por la OIE para la cuantificación de Anticuerpos frente a esta enfermedad infecciosa.

Tabla interpretación

Ratio	Resultado	Equivalencia
R <= 0.55	Seronegativo	Negativo
0.55 < R <= 0.7	Seroreactividad Débil	1/40 a 1/80
0.7 < R <= 0.8	Seropositivo Bajo	1/80
0.8 < R <= 1	Seropositivo Bajo	1/80 a 1/160
1.0 < R <= 1.2	Seropositivo	1/160 a 1/320
1.2 < R <= 1.8	Seropositivo Alto	1/320 a 1/640
R >1.8	Seropositivo Muy Alto	> 1/640

Cambios en las equivalencias IFI por ajuste de método.